



BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliša 3201/6
150 00 Praha 5
Czech Republic
Tel.: 00420-225 774 111
Fax: 00420-225 774 250

V Praze 4. května 2012

**Bezpečnostní
upozornění**

Věc: Bezpečnostní upozornění – aktualizovaný návod k použití pro výrobky *Infusor* (kódy výrobků viz níže)

Vážený zákazníku,

Společnost Baxter by Vás chtěla informovat o formální změně v návodech k použití pro výrobky *Infusor*. Společnost Baxter zahájila projekt ke zlepšení označování výrobků a přidala k návodu k použití následující sdělení:

„Poskytovatel zdravotní péče je odpovědný za použití vhodného zařízení při infuzním podávání důležitých léčiv, u kterých zastavení, přerušení nebo odchylka v podávání může způsobit vážné poranění nebo úmrtí pacienta.“

Toto dodatečné sdělení již bylo implementováno do návodu k použití pro kódy výrobků 2C1087KP - 2C1008KP - 2C1009KP - 2C1063KP.

Předejte prosím tuto informaci všem uživatelům, kteří tyto výrobky mohou používat, aby se seznámili s aktualizovaným návodem k použití a jeho důsledky.

Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o stahování výrobku a nejste žádáni, abyste výrobek vrátili.

Pokud poskytujete tento výrobek dalším zařízením, předejte prosím svým zákazníkům tuto informaci.

Státní ústav pro kontrolu léčiv byl o této akci informován.

Děkujeme Vám za spolupráci. Omlouváme se Vám za nesnáze, které Vám a Vaším zaměstnancům tato záležitost může způsobit. Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte prosím Mgr. Vladimíra Voráčka (Tel: 602 276 365).

S pozdravem

Tomáš Kubala
Business Unit Manager - Medical Products
BAXTER CZECH spol. s r.o.