PŘÍLOHA - A

Důležitá aktualizace informace

Zapojení ochranného tubusu (bend relief) k impregnované výtokové (outflow) kanyle

Posuňte ochranný tubus (bend relief) přes kovovou zarážku impregnované kanyly směrem k šroubovacímu konektoru kanyly, dokud nedoklepne do konečné pozice. Vizuálně zkontrolujte, zda je ochranný tubus plně zapojen a usazen k impregnované (outflow) kanyle (viz Obrázek 1). To je potvrzeno provedením obou z následujících kroků:

a. pokusem o odpojení konektoru ochranného tubusu (bend relief) přes kovovou zarážku jemným tahem za ochranný tubus (bend relief) směrem od spojení

   A

b. pokusem rotovat zapojeným ochranným tubusem (bend relief) točením kovovým konektorem ochranného tubusu kolem celého obvodu kovové zarážky. Pokud je ochranný tubus (bend relief) plně a celkově zapojen, kovový konektor musí rotovat snadno a bez odpojení nebo odskočení od kovového prstence montáže.

POZNÁMKA:
Přesvědčte se při rotaci ochranného tubusu, zda nerotujete nebo nekroutíte impregnovanou kanylou. Zakroucení nebo zalomení zkontrolujete dle černé linky na kanyle.

UPOZORNĚNÍ!
Selhání úplného a rovnoměrného zapojení ochranného tubusu „bend relief“ může umožnit zalomení a/nebo otěr/erozi kanyly, které může vést k závažným nežádoucím účinkům, jako je snížený LVAD průtok a/nebo krvácení.


Zajištění krevního čerpadla a spojů

Jakmile dosáhnete vytvoření požadovaného průtoku krevním čerpadlem, zkontrolujte obě impregnované vtokové (inflow) a výtokové (outflow) kanyly a jejich konektory, zda jsou suché a bezpečně zapojeny. Dokončete hemostázu operačního pole a postupně uzavřete operační ránu dle standardu. Před opuštěním operačního sálu imobilizujte perkutánní vodič stabilizačním nebo břišním pásem.

UPOZORNĚNÍ!
Péče by měla být věnována ujištění, že ochranný tubus (bend relief) impregnované výtokové (outflow) kanyly zůstane zapojen během chirurgického zavírání hrudní stěny.



Správně – úplné/rovnoměrné zapojení



Špatně – nerovnoměrné zapojení

Obrázek 1 – Správné a špatné zapojení ochranného tubusu k výtokové kanyle