



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Společnost AURA Medical s.r.o., se sídlem K Verneráku 4, 148 00 Praha 4, zastoupená MUDr. Petrem Konířem by vás tímto chtěla informovat, že v případě níže uvedeného zboží firmy BSN MEDICAL došlo při konečné kompletaci zboží k možnému neadekvátnímu uzavření foliových obalů a v důsledku toho k možnému prosakování mastné parafínové ingredience.

Za tyto nedostatky se i jménem výrobce BSN MEDICAL omlouváme.

Prosíme o váš podpis, čímž stvrzujete přečtení této informace. V případě, že jste u zboží takovýto defekt objevili, prosím, vraťte jej na naši adresu – bude vám vyměněno za nové, nepoškozené.

Výše uvedená chyba se týkala zboží CUTICELL CLASSIC velikostí:

72538-02 CUTICELL CLASSIC 10X10/10KS
72538-03 CUTICELL CLASSIC 10X10/100KS
72538-04 CUTICELL CLASSIC 10X40/10KS

a těchto LOT - šarží čísel:

BNR	LOT-Code	LOT-Code	LOT-Code	LOT-Code
72538-02	223158			
72538-03	214158			
72538-04	205158	207158	208158	209158

Datum: 23.8.2012

Místo: Praha

AURA Medical s.r.o.
Marketa Hanáková

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

Pozn.: Vraťte prosím jeden potvrzený exemplář na naši adresu nebo zašlete faxem 244 910 169. Děkuje. !!!!

AURA Medical s.r.o.

K Verneráku 4, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 244 910 200, 244 913 370, 244 913 375, fax: +420 244 910 169
IČO: 65412559, DIČ: 011-65412559, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze – oddíl C, vložka 44675
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č.ú.: 577585883/0300
E-mail: aura@aura-group.cz, www.aura-group.cz