

## Kontrola bezpečnosti – ramenní příkrývka Geratherm UniqueTemp°

Vážené dámy a pánové,

obdrželi jste od firmy Geratherm celkem (x) kusů ramenních příkrývek UniqueTemp° s čísly dodacího listu (...). Podrobný seznam Vám dodaných ramenních příkrývek UniqueTemp° najdete v příloze k tomuto dopisu.

Zjistili jsme, že u tohoto provedení může v případě vysokého mechanického zatížení po delší dobu dojít k poškození elektroniky podložky, zejména bezpečnostního okruhu.

Žádáme Vás, abyste nám tuto/tyto ramenní příkrývku/příkrývky zaslali k opravě. Mějte prosím pochopení pro toto opatření. Geratherm chce vyloučit jakékoliv potenciální riziko při používání svých systémů. Rádi Vám pro používání zapůjčíme jiný přístroj.

Spojte se prosím obratem s naším servisem pro zákazníky, tel. +49-(0)36205-98-124 za účelem dohody.

S přátelským pozdravem

Thomas Robst  
představenstvo

Egon Herrnberger  
manažer kvality

Cordula Scheffel  
odbyt

Příloha:

- seznam ramenních příkrývek UniqueTemp°