

20. února 2013

UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)

**Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc
NOR10 (Norfloxacin), CT0434B, šarže 1192177**

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během technického vyšetřování bylo zjištěno, že kartuše této šarže disků k testování citlivosti vůči antibiotikům NOR10 (Norfloxacin), mohou obsahovat individuální disky, které nejsou impregnovány antibiotikem.

Používání disků této šarže může způsobit nesprávné výsledky vyšetření rezistence k norfloxacinu.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů.

V souladu s naší politikou jakosti žádáme o likvidaci zbývajících zásob této šarže výrobku a kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl o tomto bezpečnostním nápravném opatření v terénu (Field Safety Corrective Action) informován.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.*

S úctou,



Colin Booth
Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products

* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058,
oxid.cz@thermofisher.com



OXOID Deutschland GmbH
Am Lippeglaeis 4-8
D – 46483 Wesel

+49 (0) 281 1520
+49 (0) 281 1521 fax
oxid@thermofisher.com

www.thermofisher.com
www.oxid.com