Kontrolní seznam pro ověření boosteru a adaptéru STERRAD® Booster a Adaptor

Před sterilizací **V době balení náplně určené ke sterilizaci**		
Kroky (podrobnosti najdete v návodu k použití pro booster a adaptér **STERRAD Booster & Adaptor)**	**Ano**	**Ne**
1. **Vyberte odpovídající adaptér**		
2. **Sestavu adaptéru a boosteru připojte k zdravotnickému prostředku**		
3. **Zajistěte a zkontrolujte správné sestavení**		
4. **Z boosteru sejměte bezpečnostní pásek**		
5. **Aktivujte booster**		
6. **Sestavu adaptéru a boosteru znovu připojte k zdravotnickému prostředku**		
V případě záporné odpovědi (Ne) u některého z výše uvedených kroků nepokračujte a příslušný krok zopakujte.		

Po sterilizaci **V době otevření zabalené, sterilizované náplně**		
Kroky	**Ano**	**Ne**
1. **Adaptér připojen k boosteru**		
2. **Sestava adaptéru a boosteru připojena k zdravotnickému prostředku**		
3. **Booster aktivován**		
V případě záporné odpovědi (Ne) u některého z výše uvedených kroků se náplň NEBUDE považovat za sterilní, zdravotnický prostředek znovu odešlete na sterilizaci. Před resterilizací se booster a adaptér musí vyměnit, protože jsou určeny pouze k jednorázovému použití.		

- **Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití (IFU) pro výrobky booster a adaptér STERRAD Booster a STERRAD Adaptor a postupujte podle něho. Návod obsahuje důležité informace včetně kontraindikací, upozornění a pokynů pro správné připojení sestavy boosteru a adaptéru ke zdravotnickým prostředkům před sterilizací.**
- **Podrobnější informace o sterilizaci v systémech STERRAD® 100S, STERRAD® 200, STERRAD® 50 najdete v příslušných uživatelských příručkách.**

33 Technology Drive, Irvine, CA 92618. Tel: 949.581.5799. Fax: 949.581.5997

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS
Division of Ethicon, Inc.
a Johnson&Johnson company