

Healthcare

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, H DX, Siemensstraße 90, 1210 Vienna

Jméno Oddělení	Dipl.-Ing. Franz Schwarz H DX
Telefon	+43 51707-45566
Fax	+43 51707-56253
Mobil	+43 (664) 8011745566
E-mail	franz.j.schwarz@siemens.com
Datum	July 28, 2011

Chemické analyzátořy ADVIA® 1200, ADVIA 1650, ADVIA 1800, and ADVIA 2400

ADVIA Chemistry Gentamicin_2 (GENT_2) a Kyselina valproová_2 (VPA_2): Použití reagensů může vést k vyšším nepřesnostem

Čísła řarží:

GENT_2, PN 10377507 (čísła řarží 174889, 175988, a 187802)

VPA_2, PN 10377508 (čísła řarží 192627 a 212421)

Vážení zákazníci,

Naše záznamy ukazují, že jste obdrželi uvedené řarže reagensů Gentamicin_2 (GENT_2) a/nebo Kyselina valproová_2 (VPA_2).

Siemens Healthcare Diagnostics zjistil, že reagentie ADVIA® Chemistry GENT_2 a VPA_2 výše uvedených čísel řarží souprav mohou vykazovat vyšší nepřesnosti výsledků.

Siemens zavádí nápravné opatření. **Měli byste přestat používat a vyřadit všechny výše uvedené řarže reagensů.** Siemens nabízí bezplatnou výměnu kitů těchto produktů. Zkontrolujte prosím, reagentie těchto produktů a zvažte, jestli vaše laboratoř nepotřebuje výměnu kitů. Zpětné přezkoumání výsledků pacientů získaných pomocí uvedených produktů není nutné. Neúspěšná kalibrace a kontroly kvality by měly ve většině případů odhalit špatné reagentie.

Uschovejte tuto zprávu ve vašich laboratorních záznamech.

Prosíme o zaslání připojené přílohy - Kontrolního formuláře, co nejdříve to bude možné na faxové číslo, které je na formuláři uvedeno. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete doplňující informace, kontaktujte prosím vaši pobočku Siemens.

Prosím předejte toto oznámení všem, kteří mohli tento produkt obdržet. Omlouváme se za nepřijemnosti, které tato situace způsobila. Děkuje se za vaši trpělivost a trvalou podporu produktů firmy Siemens Healthcare Diagnostics.

Informace o ochranné známce

ADVIA je ochranná známka firmy Siemens Healthcare Diagnostics.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete doplňující informace, kontaktujte prosím vaši pobočku Siemens.

Prosím předejte toto oznámení všem, kteří mohli tento produkt obdržet.

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
Management: Hermann Huber, Mag. Guenter Haemmerle
Gerold Gruber, Dr. Gerhard Stappen

Siemensstraße 90
1210 Vienna
Austria

Tel.: +43 51707 0

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným; Sídlo firmy: Wien; IČ: FN 135042 t; Zápis v obchodním rejstříku u soudu: ve Vídni

Omlouváme se za potíže, které tato situace způsobila.


Děkujeme za vaši trpělivost a trvalou podporu produktů firmy Siemens Healthcare Diagnostics.

S přátelskými pozdravy,

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH



i.V. Mag Peter Weingartmann
Senior Director RAQS-EHS EMEA



i.V. Mag.^a Martina Schreiber
Head of Marketing Austria & SEE

—