



Velitelství společných sil AČR
Náčelník MUDr. Miroslav Lastič
Dobrovského ulice 6
Olomouc
771 11

Váš dopis ze dne / ČJ

Naše značka
Du_110822_01

Vyřizuje/linka
377 590 426

V Plzni
24.8.2011

Vážený zákazníku,

společnost CHEIRÓN a.s. si Vás dovoluje informovat o možných technických problémech zdravotnického prostředku CORPULS3 od společnosti GS Elektromedizinische Geräte.

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v dopisu od společnosti GS Elektromedizinische Geräte ze srpna 2011, který je přílohou tohoto dopisu.

Pokud byste se setkali s jakýmkoliv problémem při nápravě stávajícího stavu, kontaktujte prosím ihned vašeho dodavatele zdravotnického prostředku, společnost CHEIRÓN a.s.

Dle našich záznamů jsme vám dodali v 9. měsíci roku 2010 osm kusů zdravotnických přístrojů CORPULS3, ke kterým se tato informace vztahuje. U těchto přístrojů proběhne v dohledné době výměna desek.

Žádáme Vás o přečtení bezpečnostní informace od výrobce a vrácení vyplněného a podepsaného potvrzujícího dopisu přiloženého v příloze zpět na adresu naší společnosti CHEIRÓN a.s.

Společnost CHEIRÓN a.s. touto formou plní stanovené podmínky platné legislativy České republiky a předchází možným komplikacím, které by mohly vzniknout při Vaší klinické praxi.

Děkuji Vám za spolupráci

Monika Duffková
Odborný pracovník řízení jakosti

CHEIRÓN a.s.
Sídlo: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna: Blatenská 1073/27a, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 590 411, Fax: 377 590 435
IČ: 27094987, DIČ: CZ27094987 (36)