

**Doplňující informace pro „Urgentní bezpečnostní opatření pro terén ref. č. GPS_2012_07.1“
pro systémy cobas INTEGRA 400 / INTEGRA 400+**

V produktu Symantec pcAnywhere byla nalezena chyba, která umožňuje útočnickovi ovládnutí PC bez zadání uživatelského jména a hesla. Tato chyba by mohla být zneužita pouze u systémů cobas INTEGRA 400/INTEGRA 400 plus, které jsou připojené k veřejné telefonní síti pomocí modemu. Pro zabránění této možnosti provedou zástupci firmy Roche v nejbližší době odpojení ovládacího PC od telefonní přípojky u všech takto připojených systémů.

Systémy, které jsou připojeny na vzdálenou správu firmy Roche pomocí systémů cobas link, connect 2 nebo cobas IT firewall nejsou tímto problémem ovlivněny a žádné opatření nemusí být provedeno. Stejně tak systémy, které jsou připojeny pouze k LIS pomocí sériové linky RS232 nejsou tímto problémem ovlivněny.

S pozdravem

Mgr. David Čermák
Product Manager
Tel: +420 602 487 381
Email: david.cermak@roche.com
www.roche-diagnostics.cz

Ing. Pavel Prouza
Product Manager
Tel: +420 724 285 731
Email: pavel.prouza@roche.com
www.roche-diagnostics.cz