



Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Carl Zeiss spol. s r.o.

Radlická 14/3201

150 00 PRAHA 5

Czech Republic

Datum: 31.10.2012

Důležitá informace pro zákazníky

Vážený zákazníku,

v minulosti jste zakoupili od firmy Carl Zeiss spol. s r.o. mikroskop Axio Lab A1. Tento mikroskop byl testován dle současných platných technických předpisů a norem elektrické bezpečnosti.

Při zkoumání produktu jsme zjistili, že zelený vypínač přístroje může s velice nízkou pravděpodobností vypadnout nebo se zlomit. Kdyby jste tuto závadu zpozorovali na vašem přístroji, musíte Axio Lab A1 okamžitě přestat používat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. V tomto případě ihned odpojte přístroj ze zásuvky a informujte náš servis.

Servisní technik Vás bude v blízké době kontaktovat ohledně bezplatné výměny vypínače i v případě, kdy nedojde k uvedené závadě.

Zároveň se omlouváme za případné vzniklé potíže.

Telefon: (+420) 233 101 221

Telefax: (+420) 233 101 223

E - Mail: zeiss@zeiss.cz

Internet: <http://www.zeiss.cz>

IČO: 49 35 66 91

DIČ: CZ49 35 66 91

Zapsáno v OR u Měst. soudu v Praze,

oddíl C, vložka 19868

Unicredit Bank Czech republic

Bankovní spojení: 328 536 1005/2700

Jednatel:


Dr. Andreas Mohr

Prokurista:

Vlastislav Troják

MUDr. Roman Vanžura

ZEISS



vypínač přístroje Axio Lab

Děkujeme za pochopení

Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 11/3201, 150 00 Praha 5
IČ: 49356691, DIČ: CZ49356691
Tel.: (+420) 233 101 221
Fax: (+420) 233 101 223 ⑧

.....
Katarína Debnárová
Assistant of microscopy department