# NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GE Healthcare
Healthcare Systems
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
USA

Interní č.j. GE Healthcare: 72285

6. února 2012

Určeno: Ředitel nemocnice / manažer rizik
Biomedicínská technika
Vedoucí oddělení ultrazvuku

VĚC: **Nesprávný snímek pacienta při prohlížení snímků v systému LOGIQ S8**

Společnost GE Healthcare byla nedávno upozorněna na bezpečnostní problém, který je způsoben záměnou dat pacientů a souvisí se softwarem vašeho systému LOGIQ S8. **Zajistěte prosím, aby byli o tomto bezpečnostním upozornění a doporučených krocích informováni všichni potenciální uživatelé ve Vašem zdravotnickém zařízení.**

**Bezpečnostní problém**

Uživatel si může povšimnout snímku jiného pacienta nebo snímku aktuálního pacienta označeného údaji jiného pacienta. Z tohoto důvodu může být kvůli záměně informací snímku nutné snímkování zopakovat.
Popsaný problém se vyskytuje, pouze pokud je k uložení dat ve formátu DICOM přiřazeno tlačítko PRINT (TISK) A toto tlačítko je stisknuto v předběžném režimu systému LOGIQView (mezi spuštěním a zastavením).

**Informace o příslušném výrobku**

Software LOGIQ S8 R1.1.0. Údaje o verzi na štítku obsahují data od srpna 2011 do října 2011.

**Bezpečnostní pokyny**

Chcete-li tomuto problému předejít, NEPOUŽÍVEJTE během předběžného režimu systému LOGIQView tlačítko PRINT (TISK).

**Nápravné opatření**

Společnost GE tento problém vyřeší poskytnutím bezplatných aktualizací, které odstraní chybné funkce na úrovni softwaru, jenž je aktuálně na vašem systému nainstalován.

**Kontaktní informace**

Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně tohoto problému, kontaktujte, prosím, místního zástupce GE Healthcare nebo se obraťte telefonicky na místní online zákaznické centrum.

Electric Medical Service s.r.o. / GE authorised ultrasound distributor/
Tel: +420 543 524 381

Společnost GE Healthcare potvrzuje, že byly uvědoměny příslušné regulační úřady.

Ujišťujeme Vás, že udržení vysoké úrovně bezpečnosti a kvality je naší nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoli dotazy, laskavě se na nás neprodleně obraťte.

Děkuji,

James Dennison
Viceprezident QARA
GE Healthcare Systems

William Denman, M.D., FRCA
Chief Medical Officer
GE Healthcare