

 PART OF THE  FAMILY OF COMPANIES	Příloha A	REF. Č.: ER320- 2013-04
---	-----------	-------------------------

PŘÍLOHA A

Pomůcka pro identifikaci výrobku

LIGACLIP® 10-M/L 10 mm Endoscopic Rotating Multiple Clip Appliers (ER320)


Díky této pomůcce mohou zákazníci identifikovat výrobky s dotyčným datem expirace ve značení na obalu výrobku. Tento dokument se týká značení na sekundárním obalu (krabička jednotlivého balení), primárním obalu Tyvek® (víko) a terciárním obalu (prodejní balení) výrobků s těmito kódy:

Název zdravotnického prostředku	Kód výrobku	Dotyčné datum expirace
LIGACLIP® Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier	ER320	2016-11 až 2018-03

Popis výrobku EES Flex Tray	Kód výrobku pro Procedure Pack	Dotyčná data expirace
Laparoscopic Cholecystectomy Pack	FNC42XL, KBC17XL, KNC60XL, KNC61XL, TNC20XL, TNC69XL, XCB57S, XCC50S, XCC51S, XCD50S, XCD51S	2016-12 až 2018-02


KRABÍČKA PRODEJNÍHO BALENÍ (sekundární značení)

ČELNÍ a BOČNÍ STRANA



ZNAČENÍ PRODEJNÍHO BALENÍ

(nachází se na stěně jednotlivého kartonu)



Datum expirace

Dotyčný výrobek:
Viz výše uvedená
tabulka.

ZNAČENÍ NA PŘEPRAVNÍM OBALU




Kód výrobku

Datum expirace

Dotyčný výrobek:
Viz výše uvedená
tabulka

Jednokusové balení Tyvek®



**Datum
expirace**

**Dotyčný
výrobek:
Viz výše
uvedená
tabulka.**

**Kód
výrobku**

ZNAČENÍ FLEX TRAY

Kód výrobku



FlexTray
Procedure
Delivery System

REF
TNC69XL

胆嚢摘出術用トレイ

日本語

STERILE

Sterilized by Irradiation. Sterility Guaranteed Unless Package Opened or Damaged. Do Not Re-sterilize.
放射線滅菌済。包装が開封または破損していない限り、滅菌状態を保証します。再滅菌はしないでください。

Boîte pour Cholécystotomie

Français

0123 5DCD 1 Dissecteur Courbe de 5mm avec Raccord de Cautérisation Monopolaire ENDOPATH®

0123 5DCS 1 Ciseaux Courbes de 5mm avec Raccord de Cautérisation Monopolaire ENDOPATH®

0123 5DSG 2 Dispositif de Préhension de 5mm avec Poignée à Cliquet ENDOPATH®

0123 B11LT 1 Trocart sans lame ENDOPATH® XCEL™ avec chemise de stabilité. 11 mm de diamètre - 100 mm de long

0123 B5LT 1 Trocart sans lame ENDOPATH® XCEL™ avec chemise de stabilité. 5 mm de diamètre - 100 mm de long

0123 CB5LT 1 Chemise stries universelle pour trocart ENDOPATH® XCEL™. 5 mm de diamètre. 100 mm de long

0123 ER320 1 Multi-Applicateur de Clips Rotatif Endoscopique LIGACLIP®. 20 Clips de Ligature Titane Moyens-Larges

0123 H12LP 1 Trocart à pointe mousse ENDOPATH® XCEL™. 12 mm de diamètre. 100 mm de long

Cholecystectomy Tray

English

0123 5DCD 1 ENDOPATH® 5 mm Curved Dissector with Monopolar Cautery

0123 5DCS 1 ENDOPATH® 5 mm Curved Scissors with Monopolar Cautery

0123 5DSG 2 ENDOPATH® 5 mm Grasper with Ratchet Handle

0123 B11LT 1 ENDOPATH® XCEL™ Bladeless Trocar with Stability Sleeve. 11 mm diameter - 100 mm length

0123 B5LT 1 ENDOPATH® XCEL™ Bladeless Trocar with Stability Sleeve. 5 mm diameter - 100 mm length

0123 CB5LT 1 ENDOPATH® XCEL™ Universal Trocar Stability Sleeve - 5 mm Diameter, 100 mm Length

0123 ER320 1 LIGACLIP® Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 20 Medium-Large Titanium Ligating Clips

0123 H12LP 1 ENDOPATH® XCEL™ Blunt Tip Trocar - 12 mm diameter, 100 mm length

LOT

28850

00001

YYYY-MM

-22°C

+60°C

10%

80%

Datum expirace

Dotyčný výrobek:
Viz výše uvedená tabulka

Kód výrobku

PŘEPRAVNÍ ZNAČENÍ

Contains Products Assembled in Mexico and/or Made in USA   0123

PROCEDURE: Cholecystectomy Tray

PROD CODE: TNC69XL

MOD CODE: 43

CONTENTS: 1 BOX (3 EACH)

Authorized Representative; Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH,
Hummelsbutteier Steindamm 71, 22851 Norderstedt, GERMANY

-22°C  +60°C

10%  80%

ロット番号 **使用期限** 滅菌済

LOT **SAMPLE**  **YYYY-MM** **STERILE**

USE UNTIL DATE

00001 28850 43

H208TNC69XL2V
13112SAMPLEVS

Kód
výrobku

Datum
expirace

Dotyčný
výrobek:
Viz výše
uvedená
tabulka.