

PŘÍLOHA C

Možnosti náhrady produktového kódu

Možné náhrady produktového kódu LIGACLIP® 10mm M/L Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier (ER320) zahrnují:

Kód dotyčného výrobku

LIGACLIP® 10mm M/L Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier

KÓD VÝROBKU	PRŮMĚR	EA/BX	VELIKOST KLIPU	POČET KLIPŮ
ER320	10 mm	3	Střední/velká	20

Náhradní výrobek

Náhradní výrobek LIGAMAX5™ 5mm Endoscopic Multiple Clip Applier

KÓD VÝROBKU	PRŮMĚR	EA/BX	VELIKOST KLIPU	POČET KLIPŮ
EL5ML	5 mm	3	Střední/velká	15

LIGACLIP® M/L Extra Ligating Clip Cartridge pro použití s náhradním výrobkem Endoscopic Single Clip Applier

KÓD VÝROBKU	EA/BX	VELIKOST KLIPU	POČET KLIPŮ
LT300	18	Střední/velká	6

Upozornění: Pro výrobek Ligamax™ 5 platí stejné indikace a kontraindikace jako pro kód výrobku ER320. Návod k použití je jiný. Přečtěte si příbalovou informaci, kde je kompletní návod k použití, protože se liší od návodu k použití pro kód výrobku ER320.

Kontaktujte zástupce společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., který vám sdělí bližší informace týkající se objednání náhradního výrobku.