Bio-Rad
Medical Diagnostics GmbH

Industriestr. 1, D-63303 Dreireich
Germany
Telefon: +49(0)6103 3130-0
Telefax: +49(0)6103 3130-725

Bio-Rad Medical Diagnostics G,bH P-O-Box 10 21 50 63267 Dreireich

Tel.: +49(0)6103-6130 611
Fax.:+49(0)6103 6130 724
Barbara becker@bio-rad.com

3.4.2013

Zainteresovaným pracovníkům

Naléhavé bezpečnostní upozornění
Seraclone Anti-S, Ref.No.808052
Šarže číslo 2136071 a 2203121

Odesilatel:
Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, Barbara Becker, Industriestr. 1, 63303 Dreieich, Germany, Tel.:+49 (0) 6103 3130-611, Fax: +49 (0) 6103 3130-125, E-Mail: barbara_becker@bio-rad.com

Podrobnosti o ovlivněném výrobku

Produkt	Katalogové č.	Šarže číslo:	Exspirace:
Seraclone Anti-S	808052	2136071	29.08.2013
		2203121	09.01.2014

Popis problému:

Nejnovější interní informace o stabilitě Seraclone Anti-S ukazují pokles reaktivity výše uvedených šarží. Při testování mohou skýtat slabé nebo falešně negativní výsledky.

Doporučení pro uživatele:

Nepoužívejte, prosím, nadále uvedené šarže. Budou Vám vyměněny .

Omlouváme se za komplikace a věříme ve Vaše porozumění.

S pozdravem
Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH

Bio-Rad
Medical Diagnostics GmbH

Industriestr. 1, D-63303 Dreireich
Germany
Telefon: +49(0)6103 3130-0
Telefax: +49(0)6103 3130-725

Bio-Rad Medical Diagnostics G,bH P-O-Box 10 21 50 63267 Dreireich

Dr.Rolf Vornhagen
Safety Officer

Barbara Becker
Produkt Manager International
Reagens Immunohematology