



ISO 9001



ISO 13485



ASOCIACE VÝROBČÍ A DODAVATELŮ
ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ



1999, 2000, 2002
2003, 2005, 2007

Váš dopis ze dne / ČJ

Naše značka
Du_131024

Vyřizuje/linka
377 590 426

V Plzni
13.11.2013

Vážený zákazníku,

společnost CHEIRÓN a.s. si Vás dovoluje informovat o patření k nápravě od společnosti CareFusion, dodavatele zdravotnického prostředku (ZP) ventilátor Avea.

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v překladu opatření k nápravě¹ od společnosti CareFusion. Podle instrukcí uvedených v opatření k nápravě bude provedena změna softwarové verze ZP na verzi 4.6. Změna softwarové verze u Vašich ZP bude provedena zdarma servisními technikami společnosti CHEIRÓN a.s.

Dle našich záznamů Vám byly dodány celkem kusy ZP ventilátor Avea výrobní čísla,, ke kterým se tato informace vztahuje.

Pokud byste se setkali s jakýmkoliv problémem při nápravě stávajícího stavu, kontaktujte prosím ihned společnost CHEIRÓN a.s., kontaktní osoba v této věci je Monika Duffková, tel: 602 302 798

Součástí dopisu je potvrzující formulář². Žádáme Vás o přečtení bezpečnostní informace od výrobce a vrácení vyplněného, podepsaného potvrzujícího formuláře do společnosti CHEIRÓN a.s. na adresu mduffkova@cheiron.cz

Společnost CHEIRÓN a.s. touto formou plní stanovené podmínky platné legislativy České republiky a předchází možným komplikacím, které by mohly vzniknout při Vaší klinické praxi.

Děkuji Vám za spolupráci

Monika Duffková

¹ Překlad opatření k nápravě

² Potvrzující formulář