

Každému, koho se týká

CZ-

Vaše značka

Naše značka

Tel. (+420) 271 091-

111

Fax (+420) 271 091-

112

Datum

19.11.2013

Original – Pefusor® Syringe 50 ml bez kanyly, stažení několika šarží zdravotnického prostředku výrobcem z preventivních důvodů.

Výrobek : Original – Pefusor® Syringe 50 ml bez kanyly, Kat. č.: 8728844F

Šarže číslo: 13H1382027
13H2282024
13I0282026
13I0482024
13I0482026
13I2682029

Vážení obchodní přátelé

výrobce B. Braun Melsungen AG při interních kontrolách kvality výše uvedených šarží zdravotnického prostředku **Original – Pefusor® Syringe 50 ml bez kanyly** zjistil, že s velmi nízkou pravděpodobností výskytu se mohou vyskytovat na jednom z okrajů průhledné folie primárního balení (blistru) 1 – 2 perforace.

Výrobce jako preventivní opatření zvolil stažení uvedených šarží zdravotnického prostředku z trhu.

Podle našich záznamů jste také obdrželi některé výše uvedené šarže **Original – Pefusor® Syringe 50 ml bez kanyly, kat.č.: 8728844F**.

Proto vás prosíme, aby jste dotčené stříkačky uvedených šarží dále nepoužívali a vrátili nám je zpět. Předejte prosím tuto informaci i všem uživatelům ve Vašem zařízení.

Naše zákaznické centrum Vás bude kontaktovat a koordinovat vrácení a výměnu za stejný výrobek jiné šarže.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte naše Zákaznické centrum tel.: +420- 271 091 333. Jako potvrzení, že jste od nás výše uvedené informace obdrželi, Vás prosíme o vyplnění formuláře na posledním listu a jeho zaslání na adresu: prodej.cz@bbraun.com

Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení.



Pokračování dopisu od B. Braun Medical s.r.o. ze dne 13.2.2012

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici!

S pozdravem

Ing. Jan Bříza
Manažer logistické sekce

Ing. Šárka Pavlíková
Vedoucí Zákaznického centra

Odpovědní formulář pro zákazníka

**VYPLŇTE, PROSÍM, TENTO FORMULÁŘ A VRAŤTE JEJ E-MAILEM NA ADRESU
prodej.cz@bbraun.com**

Potvrzujeme, že jsme obdrželi informaci o preventivním opatření u zdravotnického prostředku:

Výrobek : Original – Pefusor® Syringe (stříkačka) 50 ml bez kanyly

Katalogové číslo: 8728844F

**Šarže č.: 13H1382027, 13H2282024, 13I0282026, 13I0482024, 13I0482026,
13I2682029**

☐ obdrželi jsme upozornění a v rámci naší organizace jsme jej postoupili dalším uživatelům
uvedeného zdravotnického prostředku.

JMÉNO:

FUNKCE:

NÁZEV NEMOCNICE:

DATUM:

PODPIS:

Vedení společnosti:
PharmDr. Jiří Lukeš (jednatel)
MUDr. Lubomír Klepáč, MBA (jednatel)
Ing. Petr Macoun, Ph.D.
MUDr. Martin Kuncek

Sídlo společnosti:
B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4

IČ: 485 86 285
DIČ: CZ485 86 285
spisová značka:
Městský soud v Praze
oddíl C, vložka 17893

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1
č.ú.: 515293-009/2700
IBAN: CZ26 2700 0000 0005 1529 3009