

**RADIOMETER** 

RADIOMETER s.r.o.  
IČ: 28450817, DIČ: CZ28450817  
Křenova 3, 162 00 Praha 6  
Tel: +420 220 400 300  
Fax: +420 220 400 302  
Mail: office@radiometer.cz

## **Analyzátor ABL90 FLEX**

**Úroveň priority: Urgentní**

Vážený zákazníku,

Společnost RADIOMETER již dříve informovala o problémech s výsledky, pokud byl vstup po aspiraci vzorku ponechán otevřený více jak 30 sekund.

Společnost RADIOMETER také uvedla, krátkodobé nápravné opatření (zajištění, že vstup je vždy uzavřen po výzvě analyzátořem) a oznámila konečné řešení.

Mechanismus, který zajistí vyloučení této chyby a výsledky již nebudou ovlivněny, pokud vstup po aspiraci vzorku je ponechán otevřený více jak 30 sekund, je nyní implementován v softwaru.

**Produkt, kterého se to týká:**  
Analyzátor ABL90 FLEX .

**Nápravná opatření:**

- Servisní technik nainstaluje novou verzi softwaru 3. 1 MR3

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na svého zástupce společnosti RADIOMETER s.r.o.

Prosím vyplňte a odešlete přiložený formulář se svým podpisem faxem: +420 220 400 302 nebo e-mailem: office@radiometer.cz.

Omlouváme se za případně vzniklé nepříjemnosti spojené s tímto oznámením.

S pozdravem,  
RADIOMETER s.r.o.